

ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.p.A.

Categoria: Forniture
Gruppo Merce: **FLC0002**
Descrizione: FORNITURA, A MEZZO SOMMINISTRAZIONE, DI GAS TECNICI
COMPRESSE LE VERIFICHE PERIODICHE E MANUTENZIONI DI
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E DELLA RETE DI
DISTRIBUZIONE

1. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO - FINANZIARIA

Classe	Importo	Fatturato Globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di presentazione della richiesta di iscrizione nel Sistema di Qualificazione (euro iva esclusa)
I	Fino a € 40.000,00	€ 80.000,00
II	Da € 40.000,00 fino a € 200.000,00	€ 400.000,00

2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA

2.A - Requisiti generali		
Classe	Classi di importo	Fatturato forniture analoghe realizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di iscrizione nel Sistema di Qualificazione (euro iva esclusa)
I	Fino a € 40.000,00	€ 40.000,00
II	Da € 40.000,00 fino a € 200.000,00	€ 200.000,00

2.B - Requisito tecnico n. 2 - Possesso Certificazione UNI EN ISO 9001:2008:	Obbligatorio per tutte le classi superiore alla I (prima)
2.C - Requisito tecnico n. 3	Avere eseguito, nel triennio precedente la data di richiesta di iscrizione nel Sistema di Qualificazione, con buon esito almeno due contratti annuali di fornitura di gas tecnici e scientifici, comprese le verifiche e le manutenzioni come descritte nella presente scheda merceologica.

Si precisa che per fatturato per forniture analoghe si intende il fatturato nel settore di attività oggetto dello specifico gruppo merceologico.



DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA FORNITURA

- 1) **AZOTO (N₂) 5.5**
Consumo annuale stimato mediamente in circa 36 bombole/anno
Contenuto: 8 m³/cad (40L/cad).
Pressione: 200 bar
Valvola: UNI 11144:2005 (ex 4409) Filettatura femmina W 21,7 x 1/14"
- 2) **ELIO (He) 5.5**
Consumo annuale stimato mediamente in circa 10 bombole/anno
Contenuto: 8 m³/cad (40L/cad).
Pressione: 200 bar
Valvola: UNI 11144:2005 (ex 4412) Filettatura femmina W 24,51 x 1/14"
- 3) **ARGON (Ar) 5.0 – Pacchi 16bb x 40L**
N° bombole presenti nel pacco bombole: 16 bombole da 40L/cad
Consumo annuale stimato mediamente in circa 8 pacchi bombole/anno
Contenuto complessivo del pacco bombole: 140,8 m³/cad.
Pressione: 200 bar
Valvola: UNI 11144:2005 (ex 4412) Filettatura femmina W 24,51 x 1/14"
Dimensioni del pacco bombole: 900x900x1910 mm

Le bombole saranno consegnate su espressa richiesta del laboratorio che, sulla base delle effettive esigenze, invierà la richiesta tramite e-mail all'ufficio preposto. La consegna del gas tecnico dovrà pervenire al laboratorio entro 72 ore dall'ordine.

4) SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

CARATTERISTICHE

nr. 1 visita a S. Sofia e Nr. 1 Visita a Ravenna

AZIONI DI VERIFICA

- verifica stato del locale
- verifica funzionalità riduttori
- verifica funzionalità valvole
- verifica rampe centrali
- verifica tenuta serpentine
- taratura valvole di sicurezza
- verifica tenuta rete tramite messa in pressione
- verifica tenuta valvole di intercettazione
- verifica tenute dei riduttori di pressione
- verifica stato di efficienza del quadro

VISITE DI MANUTENZIONE

- Tutte le visite di manutenzione ordinaria dovranno essere effettuate da tecnici specializzati nel rispetto delle normative vigenti.
- Le visite saranno annuali, la data esatta sarà concordata con il laboratorio. Al termine di ogni visita verrà stilato un verbale con l'indicazione dei controlli effettuati e dei lavori di manutenzione ordinaria.

Le informazioni riportate nel presente paragrafo sono puramente indicative e volte esclusivamente ad una informazione sommaria del servizio.

In sede di invito saranno fornite, ai soggetti positivamente qualificatisi ed invitati alla procedura di gara, le effettive condizioni tecniche organizzative relative al servizio.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA E CONSORZI

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

In caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo):

- i requisiti di cui ai punti 1) e 2.A) devono essere posseduti per almeno il 40% dall'operatore mandatario, mentre gli operatori mandanti devono essere in possesso di almeno il 10% di tali requisiti, fino al raggiungimento del 100% complessivo. Questi requisiti devono essere comunque posseduti in misura maggioritaria dall'operatore mandatario;
- il requisito di cui al punto 2.B) deve essere posseduto da tutti gli operatori costituenti il raggruppamento;
- i requisiti di cui ai punti 2.C) deve essere posseduto quantomeno dall'operatore mandatario;

N.B. L'operatore mandatario in ogni caso deve eseguire le prestazioni oggetto di affidamento in misura maggioritaria

Consorti stabili

Nel caso dei Consorti stabili:

- dovrà essere indicato l'elenco completo di tutti i consorziati costituenti il consorzio;
- i requisiti di cui al punto 1), 2.A), 2.B) e 2.C) devono essere imputabili al consorzio stesso;
- le dichiarazioni di cui all'articolo 6 del regolamento del Sistema di Qualificazione di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. devono essere presentate dal Consorzio e da tutti i consorziati.

